

校正用試料乳（体細胞用）の体細胞数

【2022年（令和4年）12月分】

2022年（令和4年）12月分 校正用試料乳(体細胞用) の体細胞数は下表のとおりです。
測定機器の校正および精度確認等にご使用下さい。
体細胞数は国内にあるマスターマシン4台による平均値です。

| | |
|--------|---------|
| 体細胞数 低 | 18万 /ml |
| 体細胞数 高 | 47万 /ml |

使用期限 2月12日

次回発送予定 2月13日

【お問い合わせ先】

公益財団法人 日本乳業技術協会
TEL 03-3264-1921
FAX 03-3264-1569
測定値に関するお問い合わせ：事業部 大嶋
配布に関するお問い合わせ：事業部 箸方