

校正用試料乳（体細胞用）の成分値

【平成 28年 2月分】

平成28年2月分 校正用試料乳(体細胞用) の体細胞数は下表のとおりです。
測定機器の校正および精度確認等にご使用下さい。
体細胞数は体細胞数測定国際リングテストに参加し、良好との評価を受けた蛍光光学式体細胞数測定機4台による平均値です。

体細胞数 低	13万
体細胞数 高	42万