

校正用試料乳（体細胞用）の体細胞数

【2026年（令和8年）8月分】

2026年（令和8年）8月分 校正用試料乳(体細胞用) の体細胞数は下表のとおりです。
測定機器の校正および精度確認等にご使用下さい。
体細胞数は国内にあるマスターマシン4台による平均値です。

体細胞数 低	17万 /ml
体細胞数 高	44万 /ml

使用期限 10月12日

次回発送予定 10月9日

【お問い合わせ先】

公益財団法人 日本乳業技術協会

TEL 03-3264-1921

FAX 03-3264-1569

測定値に関するお問い合わせ：事業部 大嶋

配布に関するお問い合わせ：事業部 佐々木